

Dokumentnamn KALIBRERINGSRUTINER	Utfärdare FA	Datum 200214
Dokumenttyp TEKNIK	Dokumentklass INTERNT	Ident.nr ISO 7.1.5
Beskrivning Rutiner för kalibrering av mätinstrument	Revision 1	Revisionsdatum

Kalibreringsrutiner för mätinstrument

Syfte och omfattning

För att säkerställa noggrannheten i våra mätningar ska de mätinstrument som används vara kontrollerade och kalibrerade. Denna tabell visar vilka mätinstrument som används.

Läckagemätare

Fabrikat	Typ	Serienr	Inköpt	Plats	Period	Senaste kalibrering
Hyltec	BL100TFT	462005	2013		1 år	2015
Hyltec	BL100TFT	462010	2015		1 år	2015
Hyltec	BL100TFT	462060	2015		1 år	2107
Hyltec	BL100TFT	462061	2015		1 år	2017
Hyltec	BL100TFT	462064	2015	Karlskrona	1 år	2021-02-01
Hyltec	BL100TFT	462080	2016		1 år	2017
Hyltec	BL100TFT	462136	2019	Karlskrona	1 år	2021-03-22

Röktrycksaggregat

Fabrikat	Typ	Serienr	Inköpt	Plats	Period	Senaste kalibrering
Hyltec	RTA80	808055	2013		1 år	2021-07-06
Hyltec	RTA80	908062	2015		1 år	2020-12-10
Renifoam	PT-2	863	2015	Västervik	1 år	

Periodicitet för kalibrering

Hur ofta varje instrument ska kalibreras framgår av tabellen.

Metod

Alla instrument skickas in till respektive leverantör för kontroll och kalibrering, förutom de instrument där det anges att egenkontroll är tillräcklig.

Dokumentation

I pärmen Instrument och kalibreringar, placerad enligt ledningens beslut sparas alla kalibreringsprotokoll och journaler. Längst fram i denna pärm finns en lista med datum för senaste kalibrering och tidsangivelse för nästa kalibrering.

Kalibreringsjournal

[illegible]